



Inter Medica

ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 71
Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 142 35
ΤΗΛ.: 210 2724260
210 2723350
FAX: 210 2724261
www.intermedica.gr
info@intermedica.gr



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: (049)

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(άρθρο 4 του Ν. 3886/2010)

Της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο INTERMEDICA - Εμμ. Τ. Τζανιδάκης, που εδρεύει στην οδό Κασταμονής 71, Ν. Ιωνία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ_ο Εμμανουήλ Τζανιδάκη.

Κατά

Της διακήρυξης με αριθμό 7264/2014, του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Μ/Γ Κλινικής και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 423.210,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά και με χρόνο διενέργειας 18 Μαρτίου 2015 και ειδικότερα κατά των τεχνικών προδιαγραφών του είδους 3 του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού : Αναισθησιολογικό Μηχάνημα CPV 33172100 – Τεμ. 2, επιμέρους προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ.

1^{ον}) Τεχνική Προδιαγραφή A11 - Ζητείται : «αυτόματη αλλαγή σε λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα σε περίπτωση πτώσης της πίεσης του O₂. Η αλλαγή θα γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία επέμβαση του χειριστή, όπως επίσης και η επαναφορά τους στην κανονική λειτουργία».

Σε περίπτωση που η πίεση του οξυγόνου (O₂), πέσει κάτω από 25 psi κλείνει αυτόματα η παροχή του πρωτοξειδίου (N₂O). Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τόσο αυτό το σύστημα ασφαλείας, όσο και ο συναγερμός αναγνώρισης πτώσης της πίεσης του οξυγόνου (O₂), δεν προφυλάσσουν από την χορήγηση υποξαικού μίγματος αερίων, διότι αναγνωρίζουν μόνον πιέσεις και όχι την σύσταση του μίγματος, η οποία λόγω της ανακύκλωσης των αερίων μεταβάλλεται.

Ο οίκος GE Healthcare/Datex-Ohmeda, που αντιπροσωπεύουμε, έχει σαν πρώτο μέλημά του στην σχεδίαση και κατασκευή των μηχανημάτων του, την μέγιστη δυνατή ασφάλεια του ασθενούς.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή χορήγηση υποξαικού μίγματος στον ασθενή, απαιτεί η αυτόματη αλλαγή των αερίων να γίνεται με την έγκριση του Αναισθησιολόγου, καθώς επίσης και η επαναφορά τους στην κανονική λειτουργία.

Για τον λόγο αυτόν ζητούμε την τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής.

Πρόταση : Αυτόματη αλλαγή σε λειτουργία, με πεπιεσμένο αέρα σε περίπτωση πτώσης της πίεσης του O₂. Η αλλαγή θα γίνεται αυτόματα ή με έγκριση του Αναισθησιολόγου, όπως επίσης και η επαναφορά τους στην κανονική λειτουργία.

2^{ον}) Τεχνική Προδιαγραφή B4 - Ζητείται : «Να έχει ρυθμίσεις σε μεγάλο εύρος για :

.....

PEEP από 0 έως 20 mbar»

Όλοι οι αναπνευστήρες που διαθέτουν φυσούνα θετικής ανύψωσης για τον αερισμό του ασθενούς δεν έχουν την δυνατότητα ρύθμισης του PEEP από 0 mbar, διότι η φυσούνα για να αερίσει τον ασθενή πρέπει να έχει PEEP ίσο με το φυσιολογικό PEEP ήτοι 2,5 – 3 mbar, για να επιτυγχάνεται η ανταλλαγή των αερίων. Είναι

γνωστό από την διεθνή βιβλιογραφία και την καθημερινή τακτική, ότι ρύθμιση PEEP κάτω από 4 mbar, σε οποιαδήποτε ηλικία ασθενούς, δεν έχει κανένα απολύτως κλινικό όφελος αφ'ενός και αφ'ετέρου, δεδομένου ότι μόνον ένα μηχανήμα διαθέτει αναπνευστήρα χωρίς φυσούνα και δύναται να παρέχει ρύθμιση PEEP από 0 mbar

Ζητούμε

Την τροποποίηση της προδιαγραφής σε :

«Ρύθμιση PEEP έως 20 mbar»

ή

«Ρύθμιση PEEEE από 4 έως 20 mbar».

3^{ον}) Τεχνική Προδιαγραφή Δ1 - Ζητείται : «..... και να διαθέτει ελληνικό λογισμικό».

Δεδομένου ότι η επικοινωνία του χρήστη με το monitor γίνεται μέσω καθιερωμένων από πολλά έτη και γνωστά σε όλους αρκτόλεξα, κυματομορφές και αριθμούς, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, αν αυτό είναι με ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες, επιπλέον δε, δεν υπάρχει καμία οδηγία της Ε.Ε. ή Ελληνικός νόμος που να υποχρεώνει την ύπαρξη του Ελληνικού Λογισμικού. (Ο Νόμος 2955/01 άρθρο 2 παρ. 5, υποχρεώνει την ύπαρξη Ελληνικού εγχειριδίου χρήσης).

Η ύπαρξη της απαίτησης και αυτής της προδιαγραφής, αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό περισσότερων εταιρειών και την ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού που οπωσδήποτε θα είναι προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής, γιατί θα της παρέχει το δικαίωμα επιλογής της πραγματικά πλέον συμφέρουσας προσφοράς.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή «και να διαθέτει κατά προτίμηση ελληνικό λογισμικό».

α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/07, απαιτεί : «Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και να μην δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό».

β) Η παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/07, ορίζει ότι : «..... Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται με αυτόν τον τρόπο, είναι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς, συνεπάγεται ΑΠΟΡΡΙΨΗ της προσφοράς.

γ) Ομοίως το άρθρο 23 της διακήρυξης υπ. Αριθμ. 7246/2014 «Απόρριψη προσφορών» στην παρ. 7, ορίζει : «Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη».

Επειδή οι προδιαγραφές, όπως είναι διατυπωμένες, δεν εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής, αλλά απεναντίας τον περιορίζουν πάρα πολύ και επειδή όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, οδηγεί σε απόρριψη προσφοράς,

Ζητείται

- α. Να γίνει αποδεκτή η παρούσα προσφυγή μας.
- β. Να μετατεθεί η ημερομηνία Διαγωνισμού.
- γ. Να γίνουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της Επιχείρησής μας, προσφέροντας τα νεωτάτου τύπου Αναισθησιολογικά Μηχανήματα του οίκου GE Healthcare/Datex-Ohmeda.

Για την InterMedica

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

"INTER MEDICA"
ΕΜΜ. ΤΗΛ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ
ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 71 - Ν. ΙΩΝΙΑ 142 35
ΤΗΛ.: 210 27 24 260 - FAX: 210 27 24 261
ΑΦΜ: 011651035 - ΔΟΥ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ -
INTER MEDICA