

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
E-mail: prom@kastoriahospital.gr
prom1@kastoriahospital.gr

ΑΘΗΝΑ, 27/09/2017

ΘΕΜΑ : «1η διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»».

Κύριοι,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ανακοίνωσής σας, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας.

Σχετικά με τον **α/α 19** όπου ζητούνται *Μόνιμοι Καθετήρες Αιμοκάθαρσης*, προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

ΣΕΤ Μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης 15,5FR

Να είναι κατασκευασμένος από Durathane

- Να έχει ειδικό κυρτό άκρο για την αποφυγή απόθεσης στο φλεβικό τοίχωμα, πιθανής αρτηριακής ανεπάρκειας και επανακυκλοφορίας.
- Να διαθέτει ξεχωριστό ειδικό αυλό για τον οδηγό τοποθέτησης ενσωματωμένο στο στέλεχος του καθετήρα για εύκολη εισαγωγή.
- Να διαθέτει θηκάρι με διπλή βαλβίδα ασφαλείας για την αποφυγή εμβολισμού από αέρα και πιθανής αιμορραγίας.
- Να διατίθεται σε διάφορα μήκη 20 , 22 , 24 , 28 , 32 , 36 , 40 , 48 , 55cm.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
"CANA" Α.Ε.
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 446
14122
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA Α.Ε.
ΤΗΛ: 210-2883.300 - FAX: 210 2883.202
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΦΜ: 054659216
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ