



ΠΡΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26/04/2017

E-mail : prom@kastoriahospital.gr, prom1@kastoriahospital.gr

Αξιότιμοι κύριοι,
Σχετικά με την διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**» σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας που αφορούν το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Μ.Τ.Ν.** ως ακολούθως :

- §9** Στον βρόγχο διανομής εντός της μονάδας θα τοποθετηθούν τόσες διατάξεις στείρων δειγματοληπτών, όσες και οι συσκευές αιμοκάθαρσης. Οι διατάξεις θα είναι κατασκευασμένες από μη διαβρώσιμο υλικό και θα έχουν ενσωματωμένο αποστειρούμενο ακροδέκτη και θύλακα απολυμαντικού διαλύματος.
- §16** ...καθώς επίσης και πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΚ (Παράρτημα V της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) για συστήματα καθαρισμού ύδατος για παραγωγή και αραίωση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης, κατηγορία **IIa**.

Για κάθε πληροφορία είμαστε πάντα στην διάθεσή σας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΜΟ

ΝΙΚΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ