ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 24/08/2017
Αρ. Πρωτ.: 956/2017

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα και κατόπιν ανάρτησης του Νοσοκομείου σας, σας αποστέλλουμε τεχνικές παρατηρήσεις περί διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είδους **«13. Λυχνία εξεταστική».**

Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και ισότιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό και θεωρούμε ότι είναι οι ακόλουθες, στις οποίες έχουν προστεθεί με έντονη γραφή (bold) οι παρατηρήσεις μας.

Τονίζουμε ότι οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές προέκυψαν με γνώμονα την διαμόρφωση των ουσιαστικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω προϊόντα και όχι την περιγραφή μεμονωμένων, σπάνιων και μη ουσιωδών χαρακτηριστικών που τις περισσότερες φορές προσδιορίζουν συγκεκριμένο είδος, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Διατελώντας στη διάθεση σας για οιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση.

Για την Α. Ε.,
Με εκτίμηση,

ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Πάρνηθος 44, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ. 144 52
Τηλ.: 210 2841006 - Fax: 210 2826045
ΑΦΜ.: 087999566, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: [illegible]/423 ΑΡ. ΦΑΚ. 100228
Α.Μ.Π. 124

Αριστείδης Τονικίδης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

2. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 45.000 lux τουλάχιστον στο 1m. Μεγαλύτερη ένταση θα αξιολογηθεί θετικά.

Προτείνουμε την αύξηση της έντασης τουλάχιστον στα 50.000 lux ώστε ο προβολέας να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε πιο απαιτητικές διαδικασίες. Δηλαδή η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

«2. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 50.000 lux τουλάχιστον στο 1m. Μεγαλύτερη ένταση θα αξιολογηθεί θετικά.»

5. Να περιγραφεί το βάθος πεδίου εργασίας όπως αυτό περιγράφεται στο IEC δηλαδή Depth of Illumination L1+L2, τουλάχιστον 100cm.

Το βάθος πεδίου των 100cm είναι ιδιαίτερα μεγάλο για εξεταστικό προβολέα. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο ακόμα και από προβολείς αίθουσας χειρουργείου μεγάλων κατασκευαστών. Προτείνουμε την μείωση του στα 80cm ώστε να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός. Δηλαδή η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

5. Να περιγραφεί το βάθος πεδίου εργασίας όπως αυτό περιγράφεται στο IEC δηλαδή Depth of Illumination L1+L2, τουλάχιστον 80cm.

8. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra) να είναι σύμφωνος με τα Ευρωπαικά Πρότυπα. Μεγαλύτερη τιμή θα αξιολογηθεί θετικά.

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την σωστή απόδοση των χρωμάτων. Προτείνουμε για την προμήθεια ενός αναβαθμισμένου προβολέα να οριστεί το κατώτατο όριο Ra στα 92. Δηλαδή η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

8. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra) να είναι τουλάχιστον 92.