



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριά 18 Ιουνίου 2025

Αριθμ. Πρωτ: 7026

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Μαυριωτίσσης
Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Πληροφορίες: Καλύβας Γ.
Τηλέφωνο: 24673 50612
e-mail: prom5@kastoriahospital.gr

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο στο
συστημικό αριθμό 219269
μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με το αριθ. 5200/2025 τεύχος διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση του Υποέργου 14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» της Πράξης, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» μέσω του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6007487

- ΣΧΕΤ.:
1. Το με αριθμό 5200/2025 τεύχος διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση του Υποέργου 14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» της Πράξης, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» μέσω του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6007487
 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους με **α/α 18. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ UV-C ΠΑΡΟΧΗΣ 500 M3/H**, με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 219269

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και αναφορικά με το είδος με α/α 18. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ UV-C ΠΑΡΟΧΗΣ 500 M3/H, σας γνωρίζουμε ότι στο Παράρτημα II της εν λόγω διακήρυξης διαπιστώθηκε, ότι εκ παραδρομής περιελήφθησαν αναφορές και απαιτήσεις που σχετίζονται με προϊόντα **In Vitro Διαγνωστικής Χρήσης, τα οποία εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79/ΕΚ, ενώ τα προς προμήθεια είδη της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/Ε.Ε. (ή πλέον στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745).** Κατόπιν τούτου, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να λάβουν υπόψη τους, τους όρους του Παραρτήματος II, καθώς σχετίζονται με In Vitro προϊόντα (π.χ. αναλυτές, αντιδραστήρια, δείγματα, απόβλητα, κλπ), ούτε κατ' επέκταση απαιτείται κατάθεση αντίστοιχου Φύλλου Συμμόρφωσης.

Ο Διοικητής α.α
Γιαγλόγλου Κυριακή
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας